



## SPD1000X/3303X/X-E/C 升级说明

软件升级是通过 PC 端的上位机软件 EasyPower( 请前往鼎阳官网下载 )通过 USBTMC 进行升级的。EasyPower 以 NIVISA 作为驱动 ,在使用 EasyPower 之前 ,需要安装 NI-VISA 驱动。请到以下地址下载或联系我们。

( <http://www.ni.com/download/ni-visa-16.0/6184/en/> )

1. 确认连接好 USB 线缆，打开 EasyPower 软件，并确认和机器连接上；
2. 点击菜单栏“version”选项进入“Upgrade”子菜单，进入 USB 固件升级的对话框，并且在 UpgradeFile 选择要升级的文件，文件的后缀名为“.ADS 或.ugf”，然后再 ConnectType 对话框内选择“USBTMC”进行连接；





3. 点击 **Upgrade** 按钮升级即可，升级完成后在软件对话框点击“确认”，仪器会自动重启并自动运行升级之后的软件版本。